



**Наказ Мінекономрозвитку
від 13.10. 2016 № 1747**

**"Про затвердження міжповірочних інтервалів
законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації,
за категоріями", зареєстрований у Мін'юсті
01.11.2016 за № 1417/29547**





Підстави прийняття наказу

- Сферою законодавчо регульованої метрології в Україні є визначені статтею 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон) види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ).
- Відповідно до частини першої статті 17 Закону ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – законодавчо регульовані ЗВТ), що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
- Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06. 2015 № 374 затверджено Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, який складається з 80 категорій законодавчо регульованих ЗВТ.



- Частиною другою статті 17 Закону визначено, що міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (Мінекономрозвитку).
- Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1195 "Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями", відповідно до пункту 2 якої Мінекономрозвитку необхідно **встановити протягом місяця міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації та включені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки** (далі – Державний реєстр ЗВТ).



- *Відповідно до статті 1 Закону:*

повірка ЗВТ – сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку ЗВТ, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам;

*періодична повірка ЗВТ – повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації ЗВТ через встановлений проміжок часу (**міжповірочний інтервал**).*

Відповідно до Порядку:

- **Міжповірочний інтервал для законодавчо регульованого ЗВТ** - проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого ЗВТ, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам;
- *Державний реєстр ЗВТ вівся відповідно до Закону України від 11.02.1998 № 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність", який втратив чинність 01.01.2016. На сьогодні Законом не передбачено ведення такого Державного реєстру ЗВТ.*



Цілі прийняття наказу

Основною ціллю прийняття наказу є встановлення міжповірочних інтервалів у державі для 80 категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що вже перебувають в експлуатації, та були включені до Державного реєстру ЗВТ та підлягають періодичній повірці.

Встановлені наказом значення міжповірочних інтервалів базуються на відомостях з Державного реєстру ЗВТ, в якому зазначені міжповірочні інтервали для кожного типу ЗВТ, установлені під час проведення державних випробувань.

Реалізація наказу забезпечить:

- встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих ЗВТ та проведення повірки таких ЗВТ через визначені проміжки часу, протягом яких зберігаються метрологічні характеристики цих ЗВТ
- єдність вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології у державі.



Переваги для зацікавлених сторін

Держава




- забезпечення здійснення державного регулювання стосовно ЗВТ у сфері законодавчо регульованої метрології
- реалізація частини другої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
- забезпечення єдності вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології

Бізнес



- однозначне тлумачення усіма суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства

Споживачі



- захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань



Коментарі до положень наказу

Міжповірочні інтервали за категоріями законодавчо регульованих ЗВТ встановлено Мінекономрозвитку для забезпечення надійних результатів вимірювань протягом визначеного проміжку часу.

За однією категорією може бути встановлено кілька міжповірочних інтервалів залежно від групи таких засобів, що мають однакове призначення, але відрізняються за принципом дії, конструкцією, метрологічними характеристиками, умовами експлуатації.

Наразі, зміна встановленого міжповірочного інтервалу ЗВТ може здійснюватися тільки відповідно до пункту 6 Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1195.



Зі значеннями міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів ЗВТ, які затверджено наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747, зареєстрованим у Мін'юсті 01.11.2016 за № 1417/29547, можна ознайомитися на веб-сайті Верховної Ради України:
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1417-16>



Водночас слід зазначити: для всіх законодавчо регульованих ЗВТ, що знаходяться в експлуатації, повірка яких проводиться починаючи з 29.11.2016, та які мають чинні свідоцтва про повірку, наступну повірку слід проводити у строк, що не перевищує термін чинності цього свідоцтва. За позитивними результатами цієї повірки буде видано свідоцтво, оформлене відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим в Мін'юсті 24.02.2016 за № 278/28408, дата чинності якого буде визначена згідно з новим значенням міжповірочного інтервалу відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747.