

Аптечка Анти-ВИЧ. ПСО

- *Выполняла работу: Московских Наталия.*
- *Студентка 1 курса 104 группы.*



СпелТехСамит

Описание:
Анти-ВИЧ предназначен для обработки открытых ран, порезов и проколов, дезинфекции инструментов при их загрязнении кровью для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции.

Применение:
+ Служит основой для приготовления раствора для обработки ран.
+ Не содержит спирта.
+ Содержит вещества, обладающие антисептическим, противовирусным, антибактериальным, противогрибковым действием.



АНТИ - ВИЧ

АПТЕЧКА

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



ООО "СпелТехСамит" 119191 Россия, г. Москва, Ленинградский пр-д, д. 101, стр. 1, 3. Тел: (495) 774-66-10. Факс: (495) 774-66-11



- 1.Марлевые салфетки
- 2.Этиловый спирт
- 3.Марганец(навеска 0,2 г.сухого вещества)



- 4. Навеска марганцовокислого калия
- 5. Настойка йодоспиртовая 5%
- 6. Два флакона дистиллированной воды



- 7.Лейкопластырь(3 см)
- 8.Пипетки(2 штуки)
- 9.Ножницы



ПСО

- Предстерилизационная очистка и стерилизация проводятся в централизованных стерилизационных отделениях, а при их отсутствии в отделениях ЛПО систематически во всех случаях при подготовке изделий к предстоящим медицинским манипуляциям, при которых эти изделия будут соприкасаться с кровью, раневой поверхностью, инъекционными препаратами или при которых имеется риск повреждения слизистых оболочек.

- Предстерилизационная очистка осуществляется в качестве самостоятельного процесса после дезинфекции изделий или при совмещении с ней. Её цель - удаление с изделий медицинского назначения любых неорганических и органических загрязнений, в том числе остатков лекарственных препаратов, сопровождающееся снижением общей микробной контаминации для облегчения последующей стерилизации этих изделий.

- Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путём постановки азопирамовой или амидопириновой проб на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств в соответствии с действующими методическими документами и инструкциями по применению конкретных средств.

- Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале.

Спасибо за внимание!

