КТ - коронарография

Процедура сканирования



Aquilion

Aquilion

10 Steps to Success

1. Подготовка и позиционирование пациента
2. Тренировка задержки дыхания
3. Определение степени кальциноза коронарных артерий (CACS)
4. Определение начального и конечного положения области сканирования
5. Планирование сканирования коронарных артерий
6. Использование программного обеспечения SureCardio
7. Расчет контрастного болюса
8. Получение изображения S&V для SureStart
9. Окончательная проверка и запуск КТ-коронарографии
10. Реконструкция сердца

1 Подготовка и позиционирование пациента

- Подготовка
  - За 4 часа до исследования исключить кофеин, не курить!
  - Пациенту подробно объясняют порядок проведения процедуры.
  - Необходимо успокоить пациента, так как это влияет на сердечный ритм.

1 Подготовка и позиционирование пациента

- Установить катетер в правую руку
  - Более прямое поступление контраста
- Использовать катетер 18G (не менее 20G)
  - Высокая скорость введения, вязкий контраст
- Проверить проходимость и корректность установки катетера физраствором (0.9%)
- Предупредить пациента о побочных эффектах
- Проверить наличие противопоказаний



1 Подготовка и позиционирование пациента

- Пациента укладывают на спину, ногами в гентри
- Пациента смещают вправо таким образом, чтобы область сердца располагалась в центре поля сканирования.
- Руки над головой
- Положение должно быть удобным для пациента
- Можно использовать подставку под колени

1 Подготовка и позиционирование пациента

- Необходимо убедиться, что кожа чистая
- Прикрепить ЭКГ электроды
- Выбрать размер и отведение в зависимости от амплитуды
- Электроды должны быть расположены вне зоны сканирования
- ЭКГ кабель должен быть подключен
- Проверить корректность ЭКГ сигнала перед тем, как продолжить



2 Тренировка задержки дыхания

Рекомендации по использованию Бета-блокаторов

- Каждой больнице необходимо определить свою политику и процедуру использования бета - блокаторов
- Бета - блокаторы назначают, если средняя ЧСС у пациента в покое более **70** (при регулярном ритме) или более **65** (при нерегулярном ритме)
- Пациенты должны быть обследованы на наличие любых противопоказаний к использованию бета - блокаторов
- 50 гр метопролола назначают как однократную пероральную дозу
  - За пациентом наблюдают каждые 15 минут в течении 1 часа, определяя понизился ли пульс до желаемой частоты.
- Если в течении 60 минут ЧСС не достигла желаемого диапазона, можно назначить дополнительную дозу метапролола
  - Перорально или внутривенно

2 Тренировка задержки дыхания

После процедуры

- Пациентам, которые получали метапролол только перорально, следует оставаться в отделении в течении 15 минут после исследования
- Пациентам, которые получали метапролол внутривенно, следует оставаться в отделении в течении 30 минут после исследования
- Необходимо контролировать ЧСС и АД
- Пациентов, у которых не определяется патологических симптомов можно отпустить

2 Тренировка задержки дыхания

- Важный шаг!
- Простая инструкция: “сделать вдох и не дышать”
- Дыхание необходимо задерживать на 75% от максимальной емкости легких
- Избегать пробы Вальсальвы

- Две цели:
  - Убедиться, что пациент может задержать дыхание на время, необходимое для сканирования.
  - Наблюдать за ЧСС пациента в течение задержки дыхания. ЭКГ – сигнал должен быть корректным, пульс постоянным.

3

Определение степени кальциноза коронарных артерий (CACS)

- Данное сканирование можно проигнорировать, если вы не заинтересованы в определении индекса кальциноза коронарных артерий.
- Тем не менее, данное сканирование низкодозовое и может выполняться для определения диапазона сканирования при КТ-коронарографии.

Aquilion

3

Определение степени кальциноза коронарных артерий (CACS)

- Сканограмма
- Планирование CACS



Сканирование проспективное (безконтрастное)
S&V
Определение степени кальциноза коронарных артерий / планирование контрастного исследования

3

Определение степени кальциноза коронарных артерий (CACS)

- Отредактируйте процент фазы сердечного цикла в соответствии с частотой сердечных сокращений, как показано в таблице:

ЧСС(уд/мин)	% фазы сердечного цикла
50	79
60	75
70	71
80	67
90	63

4 Определение начального и конечного положения области сканирования

- Используйте изображения, полученные при определении степени кальциноза коронарных артерий
- Выберите начальное положение (1см выше левой коронарной артерии)
- Выберите конечное положение (1см ниже верхушки сердца)





5 Планирование сканирования коронарных артерий

- Выберите соответствующий протокол сканирования (в зависимости от веса пациента)

Ретроспективное сканирование (контрастное)
Helical
Коронарные артерии + Функциональный анализ

5 Планирование сканирования коронарных артерий

- Введите значения начального и конечного положения
- Расположите срез S&V для SUREStart на том же положении, что и начало сканирования



No.	Start	Start Time	Wait	Start Pos.	End Pos.	Scan Mode
1	P	***	0.0			S&V
2	P	***	5.0	***	***	SureStart
3	A		0.0			Helical

6 Использование программного обеспечения SureCardio

- Откройте SURECardio
- Нажмите на кнопку “Breath Ex”, чтобы автоматически начать дыхательные упражнения



6

Использование программного обеспечения SureCardio

7

Расчет контрастного болюса

Однофазное введение Контраст с физ. раствором (обеспечивает отличное промывание правых отделов сердца)	
Фаза 1 (Контраст)	XX mL @ 5 mL/s
Phase 2 (физ.р-р)	50 mL @ 5 mL/s

XX = (Scan Time + 10 s) x 5

7

Расчет контрастного болюса

Двухфазное введение со смешиванием контраста и физ. раствора (Поддерживает контрастирование правых отделов сердца для функционального анализа)	
Фаза1 (Контраст)	90 mL @ 5 mL/s (18 s)
Фаза 2 (смешанная) 70% Контраст + 30% Физ.раствор	30 mL @ 5 mL/s (6 s)
Фаза 3 (Физ.раствор)	30 mL @ 5mL/s (6s)

8 Получение изображения S&V для SureStart

- Убедитесь, что вы верно определили нисходящую аорту на срезе SureStart .
- Расположите область триггера на нисходящую аорту
- Посчитайте плотность крови в аорте до введения контраста и добавьте к получившейся плотност
- Получившийся результат укажите как пороговое значение



9

Окончательная проверка и запуск КТ-коронарографии

- Объясните пациенту, что ощущение тепла после введения контраста это нормально.
- Предупредите пациента, что следующая дыхательная задержка будет последней.
- Убедитесь, что пульс у пациента стабильный.

GO

- Запустите одновременно введение контраста и SURE Start

9

Окончательная проверка и запуск КТ-коронарографии



10

Реконструкция сердца

- Calcium Score
- Coronary CTA
  - PhaseXact
  - ImageXact
- CFA
- Full FOV



10

Реконструкция сердца

Calcium Score

Полуавтоматический подсчет на рабочей станции Vitrea

LUMC Aq64

Patient ID:		**Scan Date:**	15 Jun 2006
Patient Name:		**Scan Time:**	13:14:38
Referring Physician:		**Exam Type:**	2006-3010
		Reading Physician:	

Calcium Score

Region	Agatston	Volume
LM	0	0
RCA	0	0
LAD	0	0
CX	0	0
PDA	0	0
Other 1	0	0
Other 2	0	0
Other 3	0	0
Total	0	0

Density Threshold (HU) : 130
Pixel Threshold : 3
Algorithm : Discrete



Calcium Score (2, 3)	Implication	Risk of Coronary Artery Disease
0	No identifiable plaque	Very low, generally less than 5 percent
1 - 10	Minimal identifiable plaque	Very unlikely, less than 10 percent
11 - 100	Definite, at least mild atherosclerotic plaque	Mild or minimal coronary narrowings likely
101 - 400	Definite, at least moderate atherosclerotic plaque	Mild coronary artery disease highly likely, significant narrowings possible
401 or Higher	Extensive atherosclerotic plaque	High likelihood of at least one significant coronary narrowing

Family History:	Unknown	**Diabetic:**	Unknown
Exercise:	Unknown	**Weight:**	Unknown
Age:	Unknown	**Smoker:**	Unknown
Blood Pressure:	Unknown	**Cholesterol:**	Unknown

Prevention and detection of coronary artery disease is complex. Medical decisions on coronary artery disease likelihood and decisions on risk factor modification should take into account multiple factors and should be made only in consultation with your physician.

(1) Callister TQ et. al., Coronary Artery Calcium Scores on Electron Beam Computed Tomography: JACC 1999; 33 (Supl.): 415A.
(2) Mayo Clinic Proceedings, March 1999, Vol. 74. Findings based on EBCT data.
(3) Carr JJ, et. al., Evaluation of Subsecond Gated Helical CT for Quantification of Coronary Artery Calcium and Comparison with Electron Beam CT.; AJR 2000; 174: 915-921

Реконструкция сердца

PhaseXact

- Полностью автоматизированный выбор оптимальной фазы для получения изображений коронарных артерий без двигательных артефактов
- Выбор оптимальной фазы осуществляется в «сырых» данных
- Значительно уменьшает время реконструкции для диагностики сердца

10

Реконструкция сердца

- PhaseXact можно активировать в eXamplan и при обработке «сырых» данных
- PhaseXact запускается автоматически после завершения сканирования
- В случаях, когда PhaseXact не удается определить фазу без двигательных артефактов, рекомендуется использовать ImageXact



10

Реконструкция сердца

- Существует 3 варианта автоматической реконструкции фазы:
  - Best Phase
  - Systole/Diastole
  - Best Phase + Window



Реконструкция сердца

ImageXact

- Выберите вручную лучшую фазу без двигательных артефактов для высокого разрешения коронарных артерий
- Улучшает качество изображений, особенно при реконструкциях исследований с высокой частотой сердечных сокращений
- Уменьшает общее время реконструкции для диагностики сердца
- Минимизирует необходимый для хранения объем

Реконструкция сердца

ImageXact

- За три простых шага:

1. Multi Phase Image Generator
2. Phase Selection
3. CTA Reconstruction

Реконструкция с толщиной среза 0.5 mm и интервалом 0.3 mm

As easy as 1-2-3



10

Реконструкция сердца

Реконструкция сердца

CFA
(Функциональный анализ сердца)

- CFA выполняется для того, чтобы оценить функцию левого желудочка
- Количественные измерения, включая фракцию выброса и т. д. могут быть получены из тех же данных, которые были получены при КТ - коронарографии

10

Реконструкция сердца

CFA
(Функциональный анализ сердца)

Реконструировать 0 - 90% через 10% с толщиной среза 2мм и интервалом 2мм

Реконструкция сердца

Реконструкция всего поля сканирования

Для исключения экстракардиальной патологии с толщиной среза 1мм и интервалом 1 мм



Made for Life