

Учреждение образования
«Гомельский государственный колледж»

Подготовка универсальной укладки в бикс для стерилизации

Выполнила:
Учащаяся группы М-41
Рублёва О.Н.

План

1. Материальное оснащение
2. Подготовительный этап выполнения манипуляции
3. Основной этап выполнения манипуляции
4. Заключительный этап выполнения манипуляции
5. Примечание

Материальное оснащение:


1. Бикс большого размера.
2. Бикс с простерилизованной ветошью.
3. Дезинфектант .
4. Простынь, выстилающая бикс
5. Перевязочный материал.
6. Пелёнки (3 шт.).
7. Простыни для накрытия стола (4 шт.). В укладку для операционной добавляют простыни для обкладывания операционного поля.
8. Халат для медсестры (1 шт.). В укладку для операционной дополнительно кладут халат, колпак и маску для хирурга.

Материальное оснащение:

10. Полотенце (1 шт.).
11. Индикаторы стерильности в ампулах (4 шт.).
12. Бирка клеённая (размер 13 X 10 см.).
13. Ёмкость для отработанной ветоши.
14. Столы для приготовления и складывания перевязочного материала и белья.

Подготовительный этап выполнения манипуляции

1. Вымойте руки с мылом, просушите их, наденьте чистые перчатки.



Подготовительный этап выполнения манипуляции

2. Протрите ветошью, смоченной дезинфектантом поверхности столов для приготовления и складывания перевязочного материала и белья .



Подготовительный этап выполнения манипуляции

1. Проверьте бикс на герметичность.



Подготовительный этап выполнения манипуляции

2. Внутреннюю поверхность бикса протрите ветошью, смоченной дезинфектантом:

- дно от центра к периферии;
- боковые поверхности бикса;
- крышку от центра к периферии.



Основной этап выполнения манипуляции

3. Протрите ветошью, смоченной дезинфектантом (дезинфектантом), наружную поверхность бикса-крышку, боковые поверхности и дно.



Подготовительный этап выполнения манипуляции

4. Вымойте руки с мылом, просушите их.




Подготовительный этап выполнения манипуляции

5. Приготовьте перевязочный материал:

- марлевые шарики в мешочке по 50 штук;
- салфетки разных размеров в стопке по 10 штук;
- помазки (ватные тупферы) в пучке по 10 штук;
- тампоны в мешочке по 10 штук;
- турунда марлевая в клубке (1 шт.).





Подготовительный этап выполнения манипуляции

6. Проверьте целостность белья во избежание нарушения асептики.




Подготовительный этап выполнения манипуляции

7. Сложите 3 пелёнки в виде прямоугольников.



Подготовительный этап выполнения манипуляции

8. Приготовьте 4 простыни большого размера для накрытия стола: сложите её пополам по ширине, затем вдоль 3 раза и не туго скатайте, начиная с не загнутого конца в рыхлый рулон.



Подготовительный этап выполнения манипуляции

9. Халат сложите рукавами внутрь, изнанкой наружу, продольно пополам трижды (вначале на уровне боковых швов, затем на уровне горловины и ещё раз пополам), затем, начиная от подола к воротнику, сверните в рыхлый рулон.



Подготовительный этап выполнения манипуляции

10. Полотенце размером 100x40 см. сложите дважды по ширине и один раз вдоль, углами наружу.



Основной этап выполнения манипуляции

5. Застелите бикс простынёй, сложенной в два слоя.
6. На дно(по центру бикса) положите индикатор.



Основной этап выполнения манипуляции

7. Уложите перевязочный материал в нижний слой секторально.



Основной этап выполнения манипуляции

8. В средний слой уложите векторально 4 простыни и 3 пелёнки, вложите второй индикатор.



Основной этап выполнения манипуляции

9. Заверните два края выстилающей простыни, закрывая весь уложенный материал. Это необходимо, чтобы медсестра, извлекая халат, не дотрагивалась до остального белья и перевязочного материала.



Основной этап выполнения манипуляции

10. Уложите вертикально халат и закройте его третьим краем простыни.



Основной этап выполнения манипуляции

11. Сверху положите полотенце и закройте его четвёртым краем простыни, положите третий индикатор.



Заключительный этап выполнения манипуляции

1. Закройте крышку бикса.



Заключительный этап выполнения манипуляции

2) Откройте боковые отверстия и заблокируйте пояс.



Заключительный этап выполнения манипуляции

3. Закрепите на ручке бикса промаркированную бирку

Отделение кабинет	
Перечень уложенного материала: 1. 2. 3.	
Дата стерилизации и подпись оператора ЦСО	Дата и время вскрытия бикса, подпись медсестры



Заключительный этап выполнения манипуляции

4. Прикрепите к крышке бикса наружный (четвёртый) индикатор.



Заключительный этап выполнения манипуляции

5. Уложить биксы в мешки для транспортировки.



Примечание

- ✓ Основные принципы укладки материала в бикс: материал укладывают рыхло, заполняя бикс на 70 - 75 % объёма, векторально и секторально. Это позволяет свободно проникать в глубину бикса и обеспечивает надёжную стерилизацию, а, кроме того, позволяет легко взять материал, не нарушая порядка укладки.

Спасибо за внимание