

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Тема доклада:

### «Организация технического обслуживания медицинской техники»

Докладчик:

*ведущий (внештатный) специалист метролог министерства  
здравоохранения Иркутской области*

*Курылёв Алексей Викторович*

г. Иркутск

20 апреля 2012 г.

В связи с реализацией Государственных программ по модернизации здравоохранения, в целом по России имеет место существенное увеличение поставок новой, самой современной медицинской техники в учреждения здравоохранения. Региональные и муниципальные органы управления здравоохранением должны подготовиться к техническому обслуживанию поступающей техники. А мероприятия долгосрочных госпрограмм должны быть направлены, в том числе, и на поддержание оборудования в технически исправном состоянии.

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**22 января 2007 г.**

**№ 30**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**С 1 января 2004 года введены в действие  
утвержденные Минздравом России и**

**Минпромнауки России**

**методические рекомендации**

**"Техническое обслуживание медицинской  
техники"**

В настоящее время в системе здравоохранения России по данным Росстандарта используется свыше 10 млн. средств измерений медицинского назначения. Однако результаты последних проверок состояния метрологического обеспечения медицинской техники по регионам свидетельствуют, что процент не предоставляемых в поверку средств измерений медицинского назначения (СИМН) остается по-прежнему достаточно высоким и колеблется в пределах 30%-70%.

Одной из основных причин такой ситуации является недостаточная согласованность между Росстандартом и Минздравсоцразвития России в деятельности по метрологическому обеспечению медицинской техники и ряд имеющихся серьезных методологических разногласий, что приводит к возникновению негативных системных последствий, непосредственно сказывающихся на работе основного звена лечебного процесса - врача, а также не всегда достоверное получение количественной информации при диагностике,

прямо или косвенно влияющей как на точность диагноза, так и осуществление дозированного лечебного воздействия на пациента. Не вызывает сомнения то, что вывод из-под метрологического контроля и отсутствие или низкий уровень, технического обслуживания парка медицинской техники связан с серьезными последствиями для здоровья граждан.

**Федеральный закон Российской Федерации от 26  
июня 2008 года N 102-ФЗ**

**«Об обеспечении единства измерений»**

**Опубликовано 2 июля 2008 г.**

**Принят Государственной Думой 11 июня 2008 года**

**Одобен Советом Федерации 18 июня 2008 года**

**Часть 3 ст.1**

**«...Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при:**

**1) осуществлении деятельности в области здравоохранения...»**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 22.09.2011 года**

**№ 1287- мр**

**«Об оснащении медицинским  
оборудованием»**



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ**

# Результаты

проведенного анализа работы муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области за 2011 год в части организации метрологического обеспечения и технического обслуживания медицинской техники:

# 1. Учреждения здравоохранения

## не представившие

### сводный отчет по организации метрологического обеспечения и технического обслуживания медицинской техники за 2011 год:

- Бодайбинский район, МЛПУ «ЦРБ г. Бодайбо»;
- Мамско-Чуйский район, «МУЗ ЦРБ п. Мама»;
- Нукутский район, МУЗ «Нукутская ЦРБ»;
- Жигаловский район, «Жигаловская ЦРБ»;
- Ольхонский район, МБУЗ «Ольхонская ЦРБ»;
- Усть-Удинский район, МБУЗ «Усть-Удинская ЦРБ»;
- Шелеховский район, МБУЗ «Шелеховская ЦРБ»;

- Нижнеилимский район, «Железногорская ЦРБ»;
- Иркутский район, «Иркутская ЦРБ»;
- Эхирит-Булагатский район, МУЗ «Эхирит-Булагатская РБ»;
- Усть – Илимский район, МУ «Усть – Илимская ЦРБ»;
- г. Иркутск, МБУЗ «Городская клиническая больница № 8»;
- ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер»;
- ОГБУЗ «Усть – Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;
- ГБУЗ «Иркутский областной противотуберкулезный диспансер».

**2. Учреждения здравоохранения  
не выполнившие поручения по  
устранению замечаний  
до 01 апреля 2012 года**

**к сводному отчету по организации  
метрологического обеспечения и  
технического обслуживания медицинской  
техники за 2011 год:**

- МБЛУ «Больница г. Свирска»;
- Казачинско-Ленский район, МУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ»;
- Балаганский район, МБУ «Балаганская ЦРБ»;

- Чунский район, МУЗ «Чунская муниципальная ЦРБ»;
- г. Тулун, МБУЗ «Тулунская городская больница»;
- г. Саянск, МУЗ «Саянская городская больница»;
- г. Саянск, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»;
- Киренский район, МБУ «Киренская ЦРБ»;
- Муниципальное образование «Нижнеудинский район», МУЗ «Нижнеудинская ЦРБ»;
- г. Иркутск, МАУЗ «Детская городская поликлиника № 1»;
- г. Иркутск, МБУЗ «Детская поликлиника № 6»;
- г. Иркутск, МБУЗ «Городская больница № 5»;
- г. Иркутск, МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;
- ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая больница»;

- ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;
- ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;
- ОГКУЗ «Слюдянский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;
- ГБУЗ «Иркутский областной врачебно – физкультурный диспансер «Здоровье»;
- ГБУЗ «Иркутское областное патологоанатомическое бюро»;
- ОГБУЗ «Усольская областная станция переливания крови»;
- ГБУЗ Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;
- ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»;

- **ОГБУЗ «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;**
- **ОГБУЗ «Областная больница № 2».**



# Сибирское межрегиональное территориальное управление Росстандарта Инспекция государственного надзора по Иркутской области

При осуществлении государственного метрологического надзора в учреждениях здравоохранения региона за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений было установлено:

- измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования (при осуществлении деятельности в области здравоохранения) выполнялись с применением средств измерений неутвержденного типа, что явилось нарушением ч.1 ст.5, ч.1 ст.9, ч.1 ст.12, ч.1 ст.13 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». В результате были выданы Предписания о запрете применения ниже названного оборудования до устранения выявленных нарушений.

1. ОГБУЗ «Областная больница № 2», п. Усть-Орда
  - анализатор Mindrey мод. ВА-88А,
  - анализатор ADVIVA 60;
2. МУЗ «Городская больница № 5», г. Иркутск
  - спирометр MICROLAB;
3. МУЗ «Поликлиника № 17», г. Иркутск
  - анализатор автоматический биохимический Chemray 240;
4. МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье», г. Усолье-Сибирское
  - доплер-анализатор “Smartdop 30 EX”;
5. МАУЗ АМО «Ангарский городской перинатальный центр», г. Ангарск
  - анализатор гематологический МЕК 6410К;
  - билирубинометр BL-200;
  - анализатор крови и газов ABL 5.

Пользуясь предоставленной возможностью хочу выразить слова благодарности за организацию метрологического обеспечения и технического обслуживания медицинской техники

- Главному специалисту по метрологии и охране труда отдела здравоохранения администрации муниципального образования г. Усолье – Сибирское – Протасовой Ольге Петровне
- Главному врачу ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - Дворниченко Виктории Владимировне
- Главному врачу ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» - Гваку Геннадию Владимировичу

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**[www.minzdrav-irkutsk.ru](http://www.minzdrav-irkutsk.ru)**

**Раздел:**

**«Метрологическое обеспечение и  
техническое обслуживание медицинской  
техники»**

**Благодарю за  
внимание!**