

Лабораторная группа  
Результаты серологического этапа ДЭН  
выводы, задачи  
2008 год

## **ВЫВОДЫ:**

1. Выполнена резолюция 2006 года - передана верификация 10% отрицательных образцов на опорные базы

2. По резолюции 2007 года выполнено:

Апробация тест-систем ( 4 тест-системы апробированно )

На уровне ОЦ СПИД и городов Атаны и Алматы разработаны и внедрены СОПы по серологическому этапу ДЭН.

# Частично выполнено:

- Из-за несвоевременного проведения тендера задержана поставка тест –систем в областях:
- Павлодар
- Караганда
- ЮКО
- ВКО
- Астана
- Костанай
- Актобе
- Кызыл-Орда

# Выводы

- В Казахстане разработаны нормативно-правовая база, стратегия и тактика для проведения серологического этапа ДЭН.
- Осуществляется контроль качества за диагностикой ВИЧ, гепатитов С, сифилиса.
- Лаборатории участвуют в международной программе ВОК
- Отсутствие ложноотрицательных результатов на анти-ВИЧ за 2006-2008г
- Проблема стабильности качественных характеристик российских тест-систем от серии к серии остаётся актуальной.
- В 2008 году отмечена низкая чувствительность и специфичность тест-систем по определению антител к ВГС .

# Рекомендации

- Руководителям ОЦСПИД принять усилия к своевременному запуску тест-систем, не позднее апреля месяца.
- Зав лабораториям ОЦСПИД оказать методическую помощь региональным лабораториям для создания СОП
- Продолжить работу по апробации тест-систем и внести уже апробированные тесты в перечень тестов рекомендованных для ДЭН