



Очистка, дезинфекция, хранение небулайзера
при использовании одним пациентом

Гигиена

Вопросы гигиены очень важны при использовании небулайзеров для предупреждения контаминации и перекрёстной инфекции

Все части небулайзеров ПАРИ рекомендуется:

- термически дезинфицировать (кипячением или в ПАРИзаторе)
- химически дезинфицировать
- рекомендуется обработка после каждой ингаляции
- перед сборкой все части небулайзера должны быть высушены!

Окончание ингаляции – это уже начало следующей ингаляции !

Очистка небулайзера

- Разберите небулайзер на составные части
- Промойте в теплой воде с добавлением моющего средства, например для мытья посуды
- Тщательно прополощите небулайзер под струей проточной воды

Дезинфекция небулайзера при индивидуальном использовании

- Прокипятите части небулайзера в течение 15 минут, проследив, чтобы в емкости было достаточное количество воды (все части должны быть погружены в воду)

или

- Поместите части небулайзера в раствор дезинфекционного средства на время, указанное в инструкции к дезинфекционному средству
- Тщательно прополощите части небулайзера под струей проточной воды и прокипятите небулайзер как указано выше

Рекомендации по дезинфекции и стерилизации небулайзеров

Наименование	ВИД ОБРАБОТКИ			Концентрация %	t° Рабочего раствора	Экспозиция
	Дезинфекция высокого уровня ИМН	ПСО ИМН + дезинфекция	Стерилизация ИМН			
Бианол	✓	-	✓	0,2 – 2 20	20°C	15-30 мин 600 мин
Бриллиант	✓	✓	✓	0,5 – 10	18°C	15-60 мин
Виркон	✓	✓	-	1 – 2	18°C	10-5 мин
Деконекс 50 плюс	✓	-	✓	1 - 8	35°C	60 мин
Гранокс+	✓	✓	✓	2 - 5	20°C	15-45 мин
Лизафин	-	✓	-	1 – 2	18°C	15-60 мин
Лизоформин 3000	✓	✓	✓	1.5	18°C	30 мин
Сабисепт М	✓	✓	✓	1 - 2	20°C	30 мин
Секусепт актив	✓	✓	✓	1 - 2	18°C	15-60 мин 90-120мин

Высушивание небулайзера

- Извлеките части небулайзера после кипячения
- Высушите небулайзер при комнатной температуре поместив части небулайзера на сухое, чистое, неволокнистое полотенце
- Можно использовать для высушивания бытовой фен

Хранение небулайзера

- Соберите небулайзер
- Храните небулайзер завернутым в чистую проглаженную салфетку или полотенце

Уважаемые пациенты!
День рождения вашего небулайзера

1-2 раза в год,
по возможности - 1 раз в 3 месяца

Не забывайте об этом!



Годовые комплекты ПАРИ

- небулайзер
- трубка-воздуховод
- фильтр к компрессору

*Рекомендуется заменять не реже
1 раза в год*



Небулайзер
ПАРИ ЛЦ СПРИНТ
(годовой комплект 5X)
номер заказа 023G8514



Небулайзер
ПАРИ ЛЦ СПРИНТ
(годовой комплект 5)
номер заказа 023G1014



Небулайзер
ПАРИ ЛЦ СПРИНТ Юниор
(годовой комплект)
номер заказа 023G1114



Специалисты в эффективной ингаляции