




Государственный контроль (надзор) – как часть оценки соответствия в рамках технического регулирования

Михеева Светлана Викторовна


*Руководитель межрегионального
территориального управления Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии*

УМТУ Ростехрегулирования, к.э.н.


Процент забраковки средств измерений по результатам ГМН по сферам применения (2006 год)



Основные нарушения метрологических правил и норм, выявляемые в ходе проверок ГМН



- Применение СИ с истекшим сроком поверки или не поверенных - 19%
- Применение СИ не утвержденных типов - 15%
- Применение не аттестованного испытательного оборудования - 4%
- Отсутствие перечня СИ - 40%
- Отсутствие графика поверки СИ - 42%
- Применение МВИ с нарушениями - 16%
- Отсутствие метрологической службы - 20%



Нормативные документы в рамках Закона «О техническом регулировании»

Технические регламенты


Национальные стандарты

**Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области
стандартизации**

Классификации

**Общероссийские классификаторы технико -
экономической и социальной информации**

Стандарты организаций



Модель применения СТО в условиях рынка

